

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA

NR. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL
DE URGENTA TIMISOARA
REGISTRATURA
nr. 14233 din 21.06.2023

Catre,
Toti cei interesati

SOLICITARE OFERTA DE PRET

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara , cu sediul in Str.Hector nr.2A, Loc.Timisoara, Jud.Timis, cod postal: 300041,CUI 4483447, tel./fax. 0256 – 200046 ,0256 – 200048 ; 0748884480 , aprovizionaremunicipal@gmail.com este interesat in achizitionarea prin achizitie directa / SEAP a 1 buc - **DEFIBRILATOR** pentru ambulatoriul integrat al SCMUT.

Achizitiile se vor realiza in cadrul proiectului: “Sansa la viata prin dezvoltarea infrastructurii medicale in ambulatoriul integrat al SCMUT”, proiect finantat prin PNRR. Bugetul de care dispune unitatea noastra pentru achizitia produselor mentionate mai sus este de 34.400 Lei fara TVA.

Toate produsele oferite trebuie sa indeplineasca cel putin conditiile si caracteristicile tehnice mentionate in Anexa la prezenta solicitare de oferta de pret.

Oferta de pret va fi insotita de caracteristicile / fisa tehnica a produsului oferit, o poza reprezentativa , conditiile de plata precum si de termenul de livrare.

In masura in care comercializati astfel de produse asteptam oferta dvs de pret la adresa de mail: aprovizionaremunicipal@gmail.com pana cel tarziu la data de : ..28.06.2023..... ora: ..12.00.....

Intocmit,
Ec.Gina Mangra



Data, 21.06.2023
.....

**CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de DEFIBRILATOR**

1. INFORMAȚII GENERALE :

Autoritatea contractantă:

Denumirea: Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (SCMUT)

Cod fiscal: 4483447

Sediul: Strada Hector Nr.2A Loc.Timisoara , Jud.Timis , Cod Postal: 300041

Număr de telefon: +40 256200048 / fax: +40 256200046 , 0748884480, email: secretariat@smtm.ro,
aprovizionaremunipal@gmail.com

2. OBIECTIVUL ACHIZIȚIEI :

Pentru buna desfășurare a activității precum și pentru dezvoltarea infrastructurii medicale în ambulatoriul SCMUT este necesară achiziționarea unui **DEFIBRILATOR** pentru ambulatoriul ATI integrat al SCMUT.

Caietul de sarcini conține în mod obligatoriu cerințele tehnice impuse și cele de garanție ce vor fi considerate minimale, precum și regulile care trebuie respectate, astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze *oferta* corespunzător cu necesitățile Autorității contractante. Acele specificații tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație și care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse se va înțelege ca sunt însoțite de mențiunea "sau echivalent".

Cod CPV: 33182100 – 0 - Defibrilator;

3. JUSTIFICAREA ACHIZIȚIEI :

Achiziționarea acestor produse se va realiza în cadrul Proiectului : „Sansa la viața prin dezvoltarea infrastructurii medicale în ambulatoriul integrat al SCMUT” proiect finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență și este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin acest proiect.

3.1 ALTE INFORMAȚII REFERITOARE LA ACHIZIȚIE:

- Achizițiile se vor realiza prin sistemul electronic de achiziții publice SEAP și dacă este necesar și offline;
- Produse se vor achiziționa luând în considerare prețul cel mai mic oferit;
- Produsele oferite vor fi noi, fără vicii de fabricație și vor trebui să respecte toate condițiile minime menționate în prezentul caiet de sarcini, ofertele care nu îndeplinesc condițiile minime nu vor fi luate în considerare.
- Oferta de preț va fi exprimată în lei fără TVA / bucată precum și în lei cu TVA.
- Oferta de preț va fi valabilă minim 60 zile;

4. SPECIFICAȚII TEHNICE :

DEFIBRILATOR : Cantitate = 1 buc

Defibrilator/monitor bifazic, utilizabil pentru manevrele manuale, defibrilare AED, creșterea ritmului cardiac și monitorizarea semnelor vitale ale pacienților.

Ecran color LCD de 8,4 inch cu iluminare de fundal LED

Poate fi acționat prin butoane, taste și buton rotativ

Selectie energetică până la 360J

Monitorizarea integrată a semnelor vitale: ECG, Temp, NIBP, SpO2 etc.

Baterie reincarcabilă care suportă un timp lung de lucru

Capacitate mare de stocare a datelor

Imprimanta încorporată

Monitor:	8,4 inch, 600x800 pxl
Forma de unda:	2 forme de unda
Baterie:	Lytium-Ion, reincarcabila
Capacitate baterie:	7500 mAh, CC 14,8V
Nr. baterii:	Max 2
Timp de incarcare:	In mai putin de 2 ore ajunge la 80% si in mai putin de 3 ore la 100%, in conditiile in care echipamentul este oprit
Luminozitate:	Manual de la 1 la 10
Indicatoare:	2 indicatoare de alarma Indicator alimentare Indicator baterie Indicator de service Indicator de eroare Alarma sonora QRS Taste sonore
Interfata:	Conexiune USB Mufa RJ45 Mufa alimentare AC Mufa VGA Conector multifunctional
Capacitate de stocare:	200 de evenimente
Profile pacienti:	1000
Rapoarte ECG:	500
Inregistrare vocala:	240 min

Mod AED	
Energia de iesire:	Configurabila de catre utilizator
Energie serie socuri:	Configurabila
Pacer:	Non invasive
Forma de unda:	Puls de unda patrata monofazica
Acuratete:	± 5%
Rata pacer:	40 ppm - 170 ppt
Mod pacer:	Manual sau automat
Putere de iesire:	0 mA - 200 mA

ECG	
Canale:	3,5,12,auto
Derivatii:	I, II, III aVR, aVL, aVF, V1, V6
Viteza de derulare:	6.25 mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s
Sensitivitate:	1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40mm/mV
Rezolutie:	1 bpm
Interval de alarma:	20 - 300 bpm

SpO2	
Saturatie:	Valori: 0 - 100% Precizie: 1% Precizie adult: ± 2% (70 - 100%)

Rata puls:	Precizie neonatal: $\pm 3\%$ (70 - 100%) Valoare: 20 - 254 bpm Rezolutie: 1 bpm Precizie: ± 2 bpm Interval de alarma: 20 - 350 bpm
------------	--

EtCO2	
Interval de masurare:	0 - 150 mmHg
Precizie:	± 2 mmHg
Rezolutie:	1 mm HG
Timp de raspuns:	< 240 msec
Intarziere:	< 2 sec

IBP	
Canale:	2
Presiuni masurate:	ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, LV, AO, UAP, BAP, FAP, UVP, IAP, P1, P2, P3, P4
Unitati de masura:	mmHg/kPa/cmH2O
Precizie:	$\pm 2\%$ sau ± 1 mmHg
Rezolutie:	1 mmHg
Interval alarma:	- 50 mm/hg, + 300 mmHg

Temperatura	
Interval de masurare:	0 - 50 grade
Senzor de temperatura:	Configuratie standard pentru piele
Rezolutie:	0.1 grad celsius
Precizie:	± 0.1 grade celsius
Canale:	T1, T2, TD

5. LIVRARE, CONDIȚII DE GARANȚIE, SERVICE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ :

Furnizorul va livra produsele la Magazia Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara situata in Blv.16 Decembrie 1989 nr 22-24 , Loc.Timisoara , Jud.Timis , de luni – joi intre orele 08.00-14.30 în termen de maxim **30 zile de la primirea comenzii / finalizarea comenzii in SEAP.**

Termen de **garanție** acordată de către furnizor/producător conf.certificatului de garantie este de **minimum 2 ani** pentru fiecare produs în parte și începe de la data semnării recepției și a punerii în funcțiune (daca este cazul) la sediile Autorității contractante.

Dacă termenul de garanție oferit de către furnizor/producător este mai mare decât cel prevăzut în Caietul de sarcini, atunci termenul de garanție acceptat va fi cel al furnizorului/producătorului.

În perioada de garanție furnizorul se obligă:

- să repare, înlocuiască sau să remedieze pe propria cheltuială (inclusiv transportul) componentele defecte ale produselor livrate, numai cu componente noi având aceleași caracteristici tehnice;
- piesele de schimb și materialele necesare pentru prestarea serviciilor de garanție vor fi asigurate de prestator, fără alte costuri suplimentare din partea Autorității contractante;
- ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de livrarea produselor pana la Autoritatea contractanta;
- produsele vor fi insotite la livrare de: certificatul de garantie , factura , copia comenzii, carte tehnica / specificatiile produsului (inclusiv in limba romana) si orice alte doc.sau certificate de calitate (conformitate CE)

6. RECEPȚIA CANTITATIVĂ, CALITATIVĂ ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A PRODUSELOR LIVRATE :

Recepția cantitativă și calitativă se va efectua la magazia Autorității contractante:

Strada :Blv 16 Decembrie 1989 nr 22-24 Loc.Timisoara , Jud.Timis

Recepția va consta în:

- verificarea integrității produselor ;
- verificarea documentației tehnice (dacă este cazul) și a documentelor de livrare;
- verificarea caracteristicilor tehnice cerute prin prezentul Caiet de sarcini;
- verificarea funcționării produselor după instalarea acestora;
- întocmirea proceselor verbale de recepție cantitativă și calitativă, dacă este cazul.

În cazul în care la recepție produsele livrate nu vor îndeplini o parte dintre cerințele obligatorii menționate în Caietul de sarcini, Furnizorul se obligă să înlocuiască gratuit produsul cu unul conform și funcțional în termen de 48 de ore, fără a modifica prețul . Furnizorul se obligă să livreze gratuit produsele, transportul fiind inclus în prețul de achiziție

7. FACTURAREA PRODUSELOR :

Operatorul economic va trebui să factureze produsele potrivit legislației în vigoare din România.

Întocmit:

ing. Remus Damban
