



**SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE  
URGENȚĂ TIMIȘOARA**  
**Număr Operator de date cu caracter personal - 37058**  
 Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș – RO, 300041  
 Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046  
<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>  
 E-mail: [secretariat@smtm.ro](mailto:secretariat@smtm.ro) Cod fiscal: 4483447

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001



**SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE**  
 Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : [smtm.spiaam@gmail.com](mailto:smtm.spiaam@gmail.com)

### AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2021

NR. CRT.	TIP TEST AUTOCONTROL	NR. PROBE PRELEVATE/ LUNA 07.2021	NR. PROBE NECONFORME/ LUNA 07.2021
1.	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	41	2
2.	TEST PENTRU CONTROLUL CURATENIEI SI DEZINFECTIEI SUPRAFETELOR	105	0
3.	TEST PENTRU CONTROLUL SUBSTANTELOR DEZINFECTANTE	9	0
4.	TEST PENTRU CONTROLUL APEI DE RETEA	0	0
5.	TEST PENTRU CONTROLUL STERILITATII/ DEZINFECTIEI DE NIVEL INALT	104	0
6.	TEST PENTRU CONTROLUL LICHIDULUI DE BARBOTARE	2	0
7.	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	26	3
8.	TOTAL	287	5

LUNA	TEST AUTOCONTROL	SECTIA CLINICA / BO / FUNCTIUNE	DATA, ORA RECOLTARII	SUPRAFATA/ SPATIUL INVESTIGAT(A)	REZULTAT NECONFORM
07	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	BLOC ALIMENTAR CLINICILE NOI	30.07.2021, ora 12,17	Bucatarie calda, tegument mana bucatar	UFC/ ml = 10 MSSA
		RADIOTERAPIE	29.07.2021, ora 11,55	Cabinet consultatii, tegument mana infirmier	UFC/ml = 10 Klebsiella sp. fenotip ESBL (+) + 40 SCN metilicilino-sensibil
		ATI II	27.07.2021, ora 10,55	Cabinet consultatii - tegument mana asistent medical	UFC/ ml = 50 SCN metilicilino-sensibil
	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	BO I - CHIRURGIE TORACICA	29.07.2021, ora 10,58	SO (periferic)	NTG/ m <sup>3</sup> aer = 315
		BO IV	29.07.2021, ora 10	SO (central)	NTG/ m <sup>3</sup> aer = 315



**SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE  
URGENȚĂ TIMIȘOARA**  
**Număr Operator de date cu caracter personal - 37058**  
Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș – RO, 300041  
Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046  
<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>  
E-mail: [secretariat@smtm.ro](mailto:secretariat@smtm.ro) Cod fiscal: 4483447

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001



**SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE**  
Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : [smtm.spiaam@gmail.com](mailto:smtm.spiaam@gmail.com)

## AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2021

### INTERPRETARE DATE CONFORM :

ORDIN MS nr. 961/ 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnici de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare - Anexa nr. 2

#### Controlul bacteriologic al aeromicroflorei

*" Interpretare:*

- a) Numarul total de germeni/mc aer nu trebuie sa depaseasca 500-1500 dupa gradul de activitate din incapere, inceputul sau sfarsitul zilei de lucru.
- b) In salile de operatii (in timpul lucrului), in saloanele de nou-nascuti si sugari se admit maximum 300 germeni /m<sup>3</sup> aer, cu absenta florei hemolitice."

#### Controlul bacteriologic al suprafetelor si inventarului moale

*" Interpretare: Se considera curata o suprafata/un material moale pe care se dezvolta sub 5 colonii/cmp si nu sunt prezenti germeni patogeni."*

#### Controlul bacteriologic al sterilitatii

*"Interpretare: Se considera proba conforma proba sterila, fara prezenta germenilor de orice tip."*

#### Controlul bacteriologic al probelor de pe tegumente

*" Interpretare: Se considera o mana curata aceea la care:*

- a) incarcatura microbiana nu este mai mare de 100 UFC/ml pentru personalul ingrijitor si infirmiere;
- b) incarcatura microbiana nu este mai mare de 40 UFC/ml pentru personalul mediu si medical;
- c) incarcatura microbiana nu este mai mare de 10 UFC/ml pentru personalul care trebuie sa efectueze interventii aseptice;
- d) nu trebuie sa contina germeni patogeni;
- e) la germenii patogeni izolati se va efectua, la cererea departamentului SPIAAM, testarea rezistentei la antibiotice."